

BOLETIM DE ANÁLISE

ÁGUA PURIFICADA

(FABRICADA SEGUNDO A FARMACOPEIA PORTUGUESA IX)

Lote: 001/110/2

Validade: 04/2024

PARÂMETROS	MÉTODO	RESULTADOS	UNIDADES
Características organoléticas	Visual	Líquido incolor, límpido	-
Contagem de microrganismos cultiváveis (36°C)	ISO 6222: 1999	46	cfu/ml
Contagem de microrganismos cultiváveis (22°C)	ISO 6222: 1999	36	cfu/ml
Condutividade	Farmacopeia Portuguesa IX	2.88 (20.4°C)	µS.cm ⁻¹
Substâncias oxidáveis	Farmacopeia Portuguesa IX	Passou	mg/L
Nitratos	Farmacopeia Portuguesa IX	<0.2	ppm
Metais pesados	Farmacopeia Portuguesa IX	<0.1	ppm

Os resultados do presente relatório referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este retrata unicamente as características desta colheita e não pode ser reproduzido, a não ser na íntegra, com acordo escrito do laboratório. Qualquer extração é da exclusiva responsabilidade do cliente. Por se tratar de um processo de produção contínuo, as análises aos respectivos lotes seguem um plano de periodicidade internamente definido. Após a abertura das embalagens recomenda-se a sua conservação no frigorífico por um período máximo de um mês.

Direção Técnica:
Dr. Álvaro Agante

Vencilab, Lda
Rua Dr. Joaquim Morais Júnior, 120, 4410-066 Serzedo
Tel. 220 175 497
e-mail: geral@vencilab.pt